

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, đấu thầu tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Năm Căn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Năm Căn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Số 306 đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 6, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Huỳnh Vĩnh Trung. NV.KHTH, điện thoại: 0974455655 . vinhtrungg@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng KHTH Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Số 306 đường Nguyễn Tất Thành, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

- Nhận qua email: vinhtrungg@gmail.com.

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 03 tháng 10 năm 2025 đến trước 15h ngày 13 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá: Phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá:

- Hàng hoá phải được giao tận nơi đến kho của Phòng KHTH Bệnh viện Đa khoa Năm Căn, Số 306 đường Nguyễn Tất Thành, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm đóng gói, vận chuyển, bảo quản hàng hoá, đảm bảo giao hàng đúng địa điểm nêu trên. *7/11*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KHTH./.

GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Cô Văn Mừng



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 173/YCBG - BV ngày 03/10/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Năm Căn)

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	DAO MỎ ĐIỆN CAO TẦN I/ Yêu cầu chung: - Model: ZEUS-400 - Hãng: ZERONE – Hàn Quốc - Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau. - Hàng hoá: Mới 100%. II/ Thông số kỹ thuật: - Cắt tinh: 400W tại trở kháng 300 Om. - Cắt trộn, hỗn hợp: 250W tại 300 Om. - Đông máu tiếp xúc cầm máu: 120W tại trở kháng 300 Om. - Đông máu lưỡng cực: 99W tại trở kháng 100 Om. - Đông phun: 100W tại trở kháng 100 Om - Tần số : 400, 500KHZ - Nguồn điện: AC 120 hoặc AC 230 ; 50/60HZ - Chế độ bảo vệ : Class I, type CF III. Yêu cầu cấu hình cung cấp - Thân máy chính: 01 máy - Bàn đạp chân: 02 cái - Cáp nối đất: 01 cái - Tay dao liền công tắc tay 02 nút bấm: 01 cái - Tay dao đơn cực: 01 cái - Kẹp lưỡng cực: 01 cái - Bộ lưỡi dao: 01 bộ - Dây nguồn: 01 sợi - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt. IV. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 05 năm. - Cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá. - Giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn - Cà Mau.	Máy	1		